

Gdańsk, dnia 27.10.2014

SE.EA.62.272.5.2014.MS

**Wykonawcy, którzy brali udział  
w postępowaniu na dostawę  
chromatografu cieczowego sprzężonego  
z detektorem masowym – spektrometru  
(LC/MS/MS)**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na dostawę chromatografu cieczowego sprzężonego z detektorem masowym – spektrometru (LC/MS/MS):

wybrano ofertę firmy: PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, w cenie: 1.598.399,76 zł. brutto, uzasadnienie wyboru: jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu

**złożono 2 oferty:**

- 1) oferta nr 1: PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, z liczbą punktów w kryterium „cena”: 65
- 2) oferta nr 2: SHIM-POL A.M.Borzymowski, E.Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, z liczbą punktów w kryterium „cena”: 100

Oferty odrzucone: 1

Oferta firmy SHIM-POL została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził niezgodność oferty Wykonawcy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 2 do SIWZ, pkt 1 – Zamawiający określił wymaganie dotyczące zakresu masowego nie gorszego niż 10 – 3000 amu. Wykonawca w trakcie przetargu nie zakwestionował podanych jednostek zakresu masowego – amu. W ofercie Wykonawcy zakres masowy podany jest w jednostkach m/z. Przesłane wyjaśnienia treści oferty nie udowadniają w sposób jednoznaczny, że zakres 10 – 2000 m/z odpowiada zakresowi masowemu 10 – 3000 amu. Wymagany zakres badań przez Zamawiającego. Nie spełnienie ww. zakresu spowoduje brak możliwości pełnego wykorzystania urządzenia. Wykonawca odpowiadając na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty nie udowodnił w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg Zamawiającego.

Wykonawcy wykluczeni: 0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

**Dyrektor Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarно-Epidemiologicznej  
w Gdańsku**

*Dariusz Cichy*  
Dariusz Cichy