

## Woda powierzchniowa, kąpieliska

<b>Badane obiekty / grupa obiektów</b>	<b>Parametry</b>	<b>Zakres</b>	<b>Akredytacja metody</b>	<b>Normy, procedury badawcze</b>	<b>Techniki badawcze</b>
Woda powierzchniowa, kąpieliska	Bakterie grupy coli	od 1 NPL/100 ml	Akredytowana	PN-EN ISO 9308-2: 2014	Metoda Colilert
	Bakterie grupy coli	–	Nieakredytowana	PB_88 edycja 2 z dnia 2013-03-01	Metoda fermentacji probówkowej
	Bakterie grupy coli typu kałowego	–	Nieakredytowana	PB_88 edycja 2 z dnia 2013-03-01	Metoda fermentacji probówkowej
	Enterokoki	od 1 jtk/100 ml, 250 ml	Akredytowana	PN-EN ISO 7899-2:2004	Metoda filtracji membranowej
	<i>Escherichia coli</i>	od 1 NPL/100 ml	Akredytowana	PN-EN ISO 9308-2: 2014	Metoda Colilert
	<i>Escherichia coli</i>	–	Nieakredytowana	PB_88 edycja 2 z dnia 2013-03-01	Metoda fermentacji probówkowej
	<i>Escherichia coli</i>	–	Nieakredytowana	PN-EN ISO 9308-3: 2002	Metoda zminiaturyzowana
	<i>Salmonella</i> w wodach powierzchniowych	–	Nieakredytowana	PB_90 edycja 2 z dnia 2013-03-01	Metoda posiewu
Zakwit sinic	–	Nieakredytowana	badania hydrobiologiczne (mikroskopowe)	Metoda mikroskopowa	