

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu na dostawę
spektrometru ICP-MS**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku informuje, iż w dniu 20 września 2016 r. wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę spektrometru ICP-MS z wyposażeniem i oprogramowaniem. Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej :

Pytanie 1:

Czy w związku z problemem na rynku zakupu butli gazowych Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wymaganej w załączniku nr 2 do SIWZ, butli z helem 6.0 o poj. wodnej 10 l (1,5 m³) z dzierżawą na okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wymaganej w załączniku nr 2 do SIWZ, butli z helem 6.0 o poj. wodnej 10 l (1,5 m³) z dzierżawą na okres gwarancji, jednak wszelkie kwestie formalne oraz finansowe związane z gwarancją i obsługą serwisową będą leżeć po stronie Wykonawcy, a przyszłe koszty związane z tytułem prawnym do butli, jak również jej odbiorem i transportem po zakończeniu okresu gwarancji, nie mogą dodatkowo obciążać Zamawiającego.

Pytanie 2:

Dotyczy SIWZ załącznik nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przywrócenia sprawności urządzenia do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii w sytuacji, gdy części zamienne należy sprowadzić z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu przywrócenia sprawności urządzenia do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy i terminowego wykonania analiz na aparacie. W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje wymaganie zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna): „w przypadku awarii urządzenia, wymagającego zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”.

Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gdańsku

Anna Obuchowska