

Gdańsk, dnia 04 października 2016

OAD.272.2.2016.MS

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu na dostawę
spektrometru ICP-MS**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gdańsku zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z wpływaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza następujące zmiany:

1. w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), Tabela 2. Wymagania szczegółowe – Analizator mas:

było:

Rozdzielczość mas: $0,5 \div 1,0$ u;

treść po zmianach:

Rozdzielczość mas: $\leq 1,0$ u;

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gdańsku

Anna Obuchowska